pyramed
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kołodzieja 30
61-070 Poznan
telefon 061 646 50 50
telefaks 061 646 50 51

Poznań, dnia
17.04.2009 r

Urząd Rejestarcji
Produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych
ul. Ząbkowska 41
03-736 Warszawa

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszenia incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu, w związku z wystąpieniem incydentu medycznego dotyczącego rurek tracheostomijnych - nr serii 20070812 (producenta: Jiangsu Kaishou Medical Apparatus Co.,LTD) - informujemy ,że podjęliśmy decyzję o dobrowolnym wstrzymaniu w obrocie wszystkich rurek tarcheostomijnych tego producenta w wyżej wymienionej serii.
Zdarzenie polega na rozłączeniu kołnierza rurki od samej rurki.

Prosimy odbiorców niniejszego pisma o wstrzymanie w używaniu i obrocie ww. wyrobu do chwili wyjaśnienia zdarzenia.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Henryk Maciejski

pyramed
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kołodzieja 30
61-070 Poznań
telefon 061 646 50 50
telefaks 061 646 50 51
Poznań, dnia 17.04.2009 r.

WSTRZYMANIE W OBROCIE I UŻYWANIU RUREK TRACHEOSTOMIJNYCH

Producenta : Jiangsu Kaishou Medical Apparatus Co.,LTD.

Pyramed Sp. z o.o. wstrzymuje w obrocie i używaniu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej następujące wyroby medyczne:

Nazwa towaru	Seria
rurka tracheostomijna	20070812

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Henryk Maciejski