

Złotów, dnia 19 października 2021

TERG S.A.
ul. Za Dworcem 1D
77-400 Złotów

**KOMUNIKAT
O WYCOFANIU Z OBROTU I UŻYWANIA PRODUKTU
PULSOKSYMETR NAPALCOWY MEDIVON FLOW PRO MODEL A06**

Szanowni Państwo

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ("Prezes Urzędu") przekazał nam informację, że produkt:

PULSOKSYMETR NAPALCOWY MEDIVON FLOW PRO MODEL A06

importowany i wprowadzany do obrotu na rynku polskim przez MEDIVON spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie **stwarza ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów i powinien zostać wycofany z obrotu i używania.**

Importer produktu - MEDIVON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie dostarczył bowiem Prezesowi Urzędu dowodów potwierdzających, że wytwórca przedmiotowego wyrobu medycznego przeprowadził odpowiednią procedurę oceny zgodności wymaganą obowiązującymi przepisami prawa.

Wobec powyższego, prosimy o sprawdzenie, czy jesteście Państwo w posiadaniu ww. produktu. **Prosimy o jego nieużywanie i kontakt z najbliższym sklepem MediaExpert w celu - według Państwa wyboru - dokonania wymiany produktu na pulsoksymetr innego producenta lub dokonania jego zwrotu za zwrotem zapłaconej ceny.** Lista placówek handlowych MediaExpert dostępna jest pod adresem: <https://sklepy.mediaexpert.pl/>.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod następującym numerem telefonu: **22 122 33 29** lub pod adresem email: **dok@me.pl**

Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją.

Z poważaniem,


Prezes Zarządu

Marek Grzebiła

Za Zarząd TERG S.A.


Wiceprezes Zarządu

Marek Grzebiła