

Informacja o wycofaniu produktu z rynku

Firma Trade Poland Paweł Stolec informuje o wycofaniu z obrotu i używania pulsoksymetrów model C101A2. Zgodnie z pismem otrzymanym od Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych stwierdza się, że pulsoksymetry te stwarzają niedopuszczalne ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów, ponieważ nie ma dowodów, że dla ww. wyrobów przeprowadzono procedurę oceny zgodności z wymaganiami dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. Urz. UE L 169 z 12.7.1993, str. 1 ze zm.) lub z wymaganiami ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym, prosimy Konsumentów posiadających ww. produkty, których model i opakowanie są zgodne z przedstawionym poniżej wzorem, o kontakt telefoniczny pod nr 729991481 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00 lub dostarczenie produktu pod adres naszej firmy, tj. Gerberowa 18, 83-010 Rotmanka.

Nie należy stosować produktu, którego skan opakowania przedstawiamy poniżej.

Przepraszamy wszystkich naszych Konsumentów za zaistniałą sytuację i związane z tym niedogodności. Pragniemy poinformować, że były one niezamierzone i po otrzymaniu informacji od Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jak powyżej, zareagowaliśmy bezzwłocznie mając na względzie dobro naszych Konsumentów. Naszym celem jest dostarczanie towarów o wysokiej jakości i dokładamy wszelkich starań aby zaoferować naszym Konsumentom produkty wyłącznie najwyższej jakości.

Z poważaniem



- Easy-to-read display
- Particularly suitable for persons with Heart failure, chronic obstructive pulmonary diseases, bronchial asthma.
- Incl. retaining strap and belt pouch
- Suitable for sports at high altitudes (e.g. mountaineering, skiing and aviation sports)

PULSE
FINGERTIP Oximeter



PULSE
FINGERTIP Oximeter

Colour Choice



Cautions:

- Explosive hazard: Do not use the oximeter in environment with inflammable gas such as some ignitable anesthetic agents or other materials may occur.
- Do not use the oximeter while the testee is under MRI or CT scanning.

CE 0123

Wytwórca:

Shenzhen IMDK Medical Technology Co. Ltd , 518106 Shenzhen Gongming, C Zone 10F, Building 16, China
tel. 0086-0755-36637905 email: info@imdk.com.cn

Importer:

TRADE POLAND, Add: 83-010 ROTMANKA
GERBEROWA 18, Polska tel. 0048 729991481

Autoryzowany przedstawiciel:

MedNet GmbH, Add: 48163 Muenster
Borstrasse, 10, Niemcy, tel. 0049 251 322660



↑ Sleep Monitoring
PR bpm
% SpO2

PULSE
FINGERTIP Oximeter