

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, że w dniu 05.05.2008 r. otrzymał Raport Wytwórcy sporządzony przez wytwórcę - Yangzhou Yada Industry Group Corp., Chiny (autoryzowany przedstawiciel: Shanghai International Holding Corp. GmbH, Niemcy), z informacją o dobrowolnym **wycofaniu z obrotu i z używania**, z powodu możliwego braku jałowości, następujących wyrobów medycznych:

- Szczoteczka cytologiczna CYTO-2, jałowa, nr serii **20060430** oraz **20061016**, importer MIRAMED Sp. z o.o., ul. Struga 21, 02-298 Warszawa, tel./fax. 0 22 868 81 60;
- Szczoteczka cytologiczna Ultra-brush, nr serii **20070125**, importer/wyłączny dystrybutor w Polsce Ultrasonic s.j., ul. Chabrowa 16, 83-010 Straszyn, tel./fax 0 58 693 64 71;
- Szczoteczka cytologiczna - wacharz, nr serii **20070220**, importer Al-Bis sp. j., ul. Łysogórska 5, 62-800 Kalisz, tel. 0 62 757 62 62.