



KUPON NA ODPOWIEŹ / FNCONF-21-0101 INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA - WYCOFANIE PRODUKTU

Śruba interferencyjna CompositCP

Należy wypełnić niniejszy kupon na odpowiedź i przesłać go na adres fielddaction.poland@zimmerbiomet.com w ciągu 7 dni od dnia otrzymania.

Produkty SBM, których dotyczy niniejsze wycofanie, znajdują się na stanie. W tym przypadku należy wypełnić tabelę poniżej.

Na stanie nie ma żadnych produktów SBM wymienionych poniżej.

Kod produktu	Oznaczenie	Nr serii	Ilość na stanie	Ilość zwrócona	Ilość ześlomowana	Obserwacja
110004605	Śruba interferencyjna CompositCP 30 śr. 7 - dł. 25 mm	190491				

Produkty, których dotyczy zawiadomienie, należy przesłać na podany poniżej adres:

Biomet Global Supply Chain Center B.V.
Hazeldonk 6530
Dock 20
Breda 4836 LD, Holandia

Składając podpis poniżej, potwierdzam, że wykonano działania wymagane w zawiadomieniu o wycofaniu.

Nazwa i adres instytucji: _____

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: _____

E-mail: _____

Data/podpis _____

Uwaga: Niniejszy formularz należy odesłać do Zimmer Biomet, zanim zakończone zostanie działanie dla danego klienta. Ważne jest wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie kopii pocztą elektroniczną na adres fielddaction.poland@zimmerbiomet.com

Wyrażamy ubolewanie z powodu tego incydentu i niedogodności, jakie może spowodować.

Régine BAREILLES

Coordinatrice Qualité & Affaires Règlementaires

Koordinator ds. jakości i kwestii regulacyjnych

Correspondante Matériorvigilance

Korespondent ds. nadzoru wyrobami medycznymi

regine.bareilles@sbm-fr.com

S.B.M. SAS

ZI du Monge

65100 LOURDES

Francja

Tel. : (+33) 5 62 42 21 01

Faks: (+33) 5 62 42 21 00

[Hwww.sbm-france.fr](http://www.sbm-france.fr)