

Warszawa, dnia 31.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu firmy DiaSorin Poland sp. z o.o. w załączeniu przesyłam informację z firmy Ortho Clinical Diagnostics dotyczącą możliwości przejściowego uzyskiwania wyników fałszywie dodatnich w aparatach ORTHO VISION i ORTHO VISION Max BioVue w próbkach o wysokim mianie przeciwciał.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Działu Wsparcia Technicznego DiaSorin Poland sp. o.o. pod numer telefonu +48 22 223 62 65 lub mailem service_pl@pl.diasorin.com.

Z poważaniem,



Piotr Ledwoń
Specjalista ds. Produktu
DiaSorin Poland sp. z o.o