Defibrylator LIFEPAK® 1000
Wyjmowanie i ponowne wkładanie akumulatora - lista kontrolna

Numer seryjny urządzenia_____
Placówka/lokalizacja_____

Kiedy Twój defibrylator nagle się wyłączy, podczas oględzin, lub podczas pracy z pacjentem, należy natychmiast wyjąć i ponownie włożyć akumulator, co przywróci zasilanie urządzenia. Jeśli jednak zasilanie nie zostanie przywrócone, należy wymienić akumulator na zapasowy i natychmiast skontaktować się z firmą Physio-Control, aby umówić się na serwisowanie urządzenia.
Numer +48 22 56 91 205, w godzinach 8:30 to 17:00 od poniedziałku do piątku.

Instrukcja		
Należy co tydzień wyjąć i ponownie włożyć akumulator. Wyjęcie i włożenie akumulatora usunie ze styków produkty korozji i zmniejszy prawdopodobieństwo ponownego utleniania się/rdzewienia styków.		
Akumulator wyjęto i ponownie włożono	**Data**	**Inicjały**
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		