

NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA

Nazwa handlowa wyrobu: INFU-MED P

Identyfikator FSCA: 1 z dnia 08.03.2012r.

Szczegóły wyrobów, których dotyczy notatka: Przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, numery serii: 101016; 100918

Opis problemu:

Wykazane wyżej przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych INFU-MED P oferowane były jako niezawierające ftalanów. Informujemy, że przedmiotowe wyroby zawierają ftalany wbrew informacji przekazanej przez „MEDICA” Sp. jawna.

Zalecenie dotyczące działań, które powinien podjąć użytkownik:

Poinstruowanie użytkowników o obecności ftalanów we wskazanych numerach serii.

Wnioskowanie o rozesłanie informacji do użytkowników finalnych o nieznacznie przekroczonej obecności ftalanów w przyrządach

Rozpowszechnienie notatki bezpieczeństwa:

Notatkę rozsyła się do użytkowników, którym przekazano niniejsze wyroby.

Osoba do kontaktu:

J. CHODACKI, A. MISZTAŁ „MEDICA” Spółka jawna, 59-300 Lubin, ul. Przemysłowa 4a
Jacek Mikutel 076/844 40 08, e-mail: j.mikutel@medica.lubin.pl

Lubin, dnia 08.03.2012r.

J. CHODACKI, A. MISZTAŁ „MEDICA”
Spółka Jawna
DZIAŁ HANDLOWY
ul. 100 Lubin, ul. Przemysłowa 4A
t: 76 844 34 21, 76 844 40 08; 76 841 20 88
f: 76 842 70 25, kom. 695 630 996
d: 390367037, NIP 692-10-08-620
e-mail: biuro@medica.lubin.pl

Z poważaniem,

„MEDICA” Sp. jawna
PREZES
Jarosław Chodacki