



Warszawa, 31.10.2012

**WAŻNA INFORMACJA O PRODUKCIE**

**Uric Acid AOX**  
**nr kat. bioMérieux PL208, nr kat. Thermo Fisher Scientific 981788**  
**nr serii H655**

Szanowni Państwo,

W imieniu firmy Thermo Fisher Scientific Oy, Finlandia informujemy o wystąpieniu błędu w oznaczeniu terminu ważności dla odczynnika PL208 (981788) Uric Acid AOX serii H655.

**Na etykietach została podana data ważności 2014-07, a powinna być 2013-07.**

**Odczynnik nie powinien być używany po 2013-07.**

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Grażyną Trzeźniowską tel. kom. 665 759 702 lub z Działem Obsługi Klienta.

bioMérieux Polska  
ul. Żeromskiego 17  
01-822 Warszawa  
☎ : 22 569 85 85

Z poważaniem

Ewa Perelkiewicz  
Dyrektor ds Obsługi Klienta