

KOMUNIKAT

Do Klientów użytkowników produktu pod nazwą „Woreczek do pobierania próbek moczu od niemowląt i małych dzieci j.u.” o numerze serii 200905 oraz 091020

Producent:

Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co.,Ltd
Tonga Road,Touqiao Town,225109 Yangzhou, Chińska Republika Ludowa
Kod pocztowy: 225109

Dystrybutor w Polsce:

„Polmil-Sprzet Medyczny” Jacek Milecki **obecnie „POLMIL” Sp. z o.o.**
ul. Ks. J. Schulza 1, 85-315 Bydgoszcz
tel/fax: 52/ 348 67 66
polmil@polmil.pl

Szanowni Klienci!

W nawiązaniu do naszych komunikatów z dnia 07.10.2010 r. oraz 27.10.2010 r. dotyczących prośby o wstrzymanie użytkowania woreczków o numerze serii 200905 oraz 091020 informujemy ,iż badania potwierdziły brak jałowości woreczków w/w serii. W związku z powyższym **wycofujemy** ze sprzedaży woreczki w/w serii.

Otrzymaliśmy od Producenta do wymiany nową partię woreczków o numerze serii 201011. Po przeprowadzeniu dodatkowych badań w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie, które potwierdziły jałowość woreczków, wprowadziliśmy je na rynek.

W piśmie z 18.11 2010 r. poinformowaliśmy naszych bezpośrednich Odbiorców o sposobie dokonania wymiany wadliwych woreczków.

Producent - firma Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co.,Ltd –przedstawiła raport zmian, które wprowadziła , aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

W związku z powyższym mamy nadzieję, że sytuacja taka już się nie powtórzy.

Za wszystkie problemy spowodowane wstrzymaniem i wycofaniem woreczków ze sprzedaży – bardzo przepraszamy.

PREZES ZARZĄDU
Joanna Zajdler

WICEPREZES ZARZĄDU
Jacek Milecki