

**Informacja na temat występowania usterek
w implantach ślimakowych z serii Cochlear Nucleus CI500**

Szanowni Państwo

Drodzy Pacjenci i Rodziny Pacjentów,

Uprzejmie informujemy, że firma Cochlear Ltd., producent implantów słuchowych, zaobserwowała nieoczekiwany wzrost awaryjności w ostatniej generacji systemów implantów ślimakowych z **serii Cochlear Nucleus CI500**.

Liczba implantów, które uległy awarii, jest poniżej 1% wszystkich wszczepionych implantów tej serii na świecie. Mimo iż jest to bardzo niewielki odsetek, w trosce o bezwzględne bezpieczeństwo użytkowników implantów ślimakowych firma Cochlear Ltd. postanowiła wycofać wszystkie niewszczepione implanty tej serii z rynku oraz do czasu wyjaśnienia usterki wstrzymać dostawy tych implantów celem prewencyjnego zbadania usterki i ustalenia jej przyczyny.

Ponieważ odsetek usterek jest bardzo niski – poniżej 1% wszystkich dotąd wszczepionych implantów tej serii na całym świecie – oczekujemy, że większość użytkowników implantów ślimakowych serii **Cochlear Nucleus CI500** nie zostanie dotkniętych tą usterką.

Nie ma potrzeby wyimplantowania działającego implantu i każdy użytkownik może bezpiecznie kontynuować używanie tego systemu.

W rzadkich przypadkach wystąpienia tej usterki implant bezpiecznie wyłączy się. Usterka implantu nie powoduje żadnego zagrożenia dla pacjenta.

Jeśli mieliby Państwo pytania, na które nie znajdujecie odpowiedzi, prosimy o kontakt z kliniką, w której dokonano operacji wszczepienia implantu ślimakowego, bądź z naszą firmą pod numerem telefonu **+48 71 34 72 100** lub pod adresem mailowym info@medicus.com.pl. Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

Oficjalne komunikaty producenta - firmy Cochlear Ltd wraz z tłumaczeniem na język polski, znajdują Państwo pod linkami:

Z poważaniem,

dr Maciej Mazur

Prezes Medicus A.I.M. Sp. z o.o. S.K.A.