



Potwierdzenie Klienta

Wymagane podjęcie natychmiastowych działań

Nazwa produktu	Nr kat.	Nr partii	Data ważności	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (kod UDI)
ARCHITECT Creatine Kinase	7D63-21	87697UN18	22OCT18	(01)00380740012878(17)181022(10)87697UN18
		99632UN18	12NOV18	(01)00380740012878(17)181112(10)99632UN18
		24358UN18	05DEC18	(01)00380740012878(17)181205(10)24358UN18
	7D63-41	99633UN18	02JAN19	(01)00380740101176(17)190102(10)99633UN18

Pismo w sprawie działania dotyczącego produktu wydane przez firmę Abbott Diagnostics z dnia 18 lipca 2018 r.

Wskazówki: Prosimy o przekazanie kopii pisma towarzyszącego kierownikowi laboratorium/pracownikowi odpowiedzialnemu za wykonywanie oznaczeń z użyciem testu ARCHITECT Creatine Kinase.

Kierownik laboratorium powinien wypełnić poniższe rubryki, potwierdzając tym samym otrzymanie ww. pisma, a następnie przesłać te dane **faksem do dnia 1 sierpnia 2018 r., nr faksu: (+48) 22 319 12 01, lub drogą elektroniczną na adres sonia.agudo@abbott.com oraz QA_RegionEast@abbott.com. Nawet jeśli nie posiadają Państwo już ww. analizatora(ów), prosimy odesłać wypełniony formularz, który umożliwi zaktualizowanie naszej bazy danych.**

Dziękujemy za Państwa współpracę.

Abbott Diagnostics

Dział Kontroli Jakości

Czy wymagane działania opisane w piśmie o działaniu dotyczącym produktu są zrozumiałe i czy zostały wykonane?

Tak

Nr kat.	Nr partii	Liczba zniszczonych zestawów
7D63-21	87697UN18	
	99632UN18	
	24358UN18	
7D63-41	99633UN18	

UWAGA: Wadliwe zestawy zostaną wymienione i dostarczone w liczbie podanej powyżej.

Nie (W przypadku odpowiedzi „NIE” skontaktuje się z Państwem przedstawiciel firmy Abbott).

Czynność nie dotyczy. Nie posiadamy już danego analizatora.

Numer Klienta

Nr(y) seryjny(e)

Nazwa placówki

Adres

Numer telefonu

Miejscowość

Kod pocztowy

Imię i nazwisko (drukowanymi)

Tytuł/stanowisko

Podpis

Data