

Notatka bezpieczeństwa

Plastry z opatrunkiem

Identyfikator : 01/2011 z dnia 20-04-2011

Data: 20-04-2011

Do wiadomości: Użytkowników plastrów z opatrunkiem

Szczegóły na temat wyrobów, których dotyczy notatka:

Dr Vita MaxiPlast Wodoodporny x 20 szt . plastry z opatrunkiem

Dr Vita MaxiPlast Uniwersalny x 20 szt . plastry z opatrunkiem

Dr Vita MaxiPlast Zestaw x 20 szt . plastry z opatrunkiem

Dr Vita MaxiPlast Ekonomiczny x 5 szt . plastry z opatrunkiem

Dr Vita MaxiPlast Rodzinny x 100 szt . plastry z opatrunkiem

Opis problemu:

Plastry opatrunkowe zostały zapakowane w nieprawidłowo oznakowane opakowania, na których nie oznaczono daty przydatności do użytku oraz serii .

Zalecenia dotyczące działań, które powinien podjąć użytkownik:

Zalecamy użytkownikom zaznaczenie w widocznym miejscu na opakowaniu :

- *Daty przydatności plastrów - ważne do 31-08-2015*
- *Nr serii - 10080434*

Rozpowszechnienie notatki bezpieczeństwa:

Osoba do kontaktu:

Krzysztofa Kołomańska

Dr Vita Sp. z o.o. ul. Sprzętowa 2 10-467 Olsztyn Tel: 89/533 25 50 e-mail : kk@dr-vita.eu

Podpis : Waldemar Kłyż